

## Einmal-Laryngealmasken



**REF:** 44.000.60.010, 44.000.60.015, 44.000.60.020,  
44.000.60.025, 44.000.60.030, 44.000.60.040,  
44.000.60.050

**Produktgruppe:** Zubehör für Beatmung

### Verwendungszweck:

Die Laryngealmasken dienen der kurzfristigen künstlichen Beatmung von Patienten. Einsatzgebiet ist die Anästhesie, aber auch in der Notfallmedizin können die Laryngealmasken zur kurzfristigen Schaffung eines künstlichen Atemweges verwendet werden.

### Produktbeschreibung:

Die Laryngealmasken bestehen aus einem Beatmungstubus mit einem 15 mm Konnektor, einem aufblasbaren Cuff einschließlich einer Befüllungsleitung, einem Ventil und einem Kontrollballon.

**Sterilität:** Ja

**Material:** Silikon

REF	Anwendungsbereich	Max. Füllvolumen	Bestellgröße	ABE_MENGE	ABE_GTIN	VPE_MENGE	VPE_GTIN
44.000.60.010	Neugeborenes	4 ml	1,0 (< 5 kg)	5 Stck	04034342251604	50 Stck	04034342251611
44.000.60.015	Kleinkind	7 ml	1,5 (5-10 kg)	5 Stck	04034342251635	50 Stck	04034342251642
44.000.60.020	Kind	10 ml	2,0 (10-20 kg)	5 Stck	04034342251666	50 Stck	04034342251673
44.000.60.025	Kind	14 ml	2,5 (20-30 kg)	5 Stck	04034342251697	50 Stck	04034342251703
44.000.60.030	Jugendlicher	20 ml	3,0 (30-50 kg)	5 Stck	04034342251727	50 Stck	04034342251734
44.000.60.040	Erwachsener	30 ml	4,0 (50-70 kg)	5 Stck	04034342251758	50 Stck	04034342251765
44.000.60.050	Erwachsener	40 ml	5,0 (70-100 kg)	5 Stck	04034342251789	50 Stck	04034342251796

## Material

Produkt	Silikon, PC, rostfreier Edelstahl
Verpackung	Papier, PET/PE, Pappe, Wellpappe
Latex	Nein
DEHP/BBP/DBP	Nein

## Weitere Informationen

Regulatorische Grundlagen	Richtlinie 93/42/EWG
Benannte Stelle	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Klassifizierung	Ila
UMDNS	12-448
eClass	34241005
Hersteller	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Einmalprodukt	Ja
Sterilisation	EO-Gas
Haltbarkeit	3 Jahre
Gebrauchsanweisung	Ja